Mode d'emploi simplifié
Champ de rétraction traxi

1 Rétraction manuelle



Rétracter manuellement le pannicule pour exposer le champ opératoire.

2 Retirer la languette « A »

Retirer la languette « A ».

3 Positionner et appliquer



Positionner le champ 5 cm au-dessus de la ligne d'incision. Aligner sur la ligne médiane, appliquer sur le patient.

4 Retirer les feuillets « B »



Retirer les feuillets « B » tout en maintenant le film tendu au-dessus du patient.

5 Tendre et appliquer



Maintenir tendu tout en lissant sur la peau du patient, de la ligne médiane vers l'extérieur.

6 Retirer le feuillet « C »



Replier le dispositif pour détendre le pannicule en position naturelle. Retirer le feuillet « C » en tirant simultanément sur les languettes « C ».

7 Tendre, soulever et tirer



Tendre, soulever et tirer le champ en direction céphalique, en l'ancrant au niveau du xiphoïde.



Voir la notice pour les instructions complètes, les avertissements, les contre-indications et les précautions

Mode d'emploi simplifié
Champ de rétraction traxi - Extenseur

1 Appliquer le champ traxi

Appliquer le champ traxi. Si la rétraction obtenuen'est pas optimale, l'extenseur peut être utilisé.

2 Étendre le point d'ancrage



Retirer le feuillet « A » en tirant simultanément sur les languettes « A » de chaque côté. Appliquer sur le sternum entre les seins, près de la ligne médiane de la fourchette sternale ; lisser sur la peau.

3 Retirer le feuillet « B »



Retirer le feuillet « B » en tirant simultanément sur les languettes « B » de chaque côté. Préparer le chevauchement et l'application sur traxi **(ne pas appliquer à cette étape).**

4 Rétraction Secondaire



Avant d'appliquer l'extenseur, pousser le pannicule vers le haut (vers la tête du patient). En tenant le pannicule en position, lisser l'extenseur vers le bas sur le traxi, vers le nombril.



Voir la notice pour les instructions complètes, les avertissements, les contre-indications et les précautions

Votre Délégué Régional:

www.mvf.fr |clinicalinnovations.com
MVF | Clinical Innovations
ZA du Haut Serroir
Lay Saint Christophe, 54690
Téléphone +33 (0) 3 83 22 20 76 | Fax +33 (0) 3 83 22 65 67
dms@mvf.fr

© Clinical Innovations, LLC. Tous droits réservés. | ART-0083 Rev. 01

MVF DISPOSABLES
A CLINICAL INNOVATIONS COMPANY